GE' GF GF' GG

G4 G5

G0653
Schaltraum
F= 70.98 m²
U= 54.10 m
L.H: 2.65 m

G0640
Betriebsflur
F= 10.07 m²
U= 15.95 m
L.H: 2.65 m

G0641
Röntgen
F= 28.03 m²
U= 22.79 m
L.H: 2.80 m

G0642
Umkl.
F= 3.23 m²
U= 7.19 m
L.H: 2.50 m

G0643
UV/SV
F= 8.79 m²
U= 12.21 m
L.H: 3.28 m

G0644
Lager
F= 11.32 m²
U= 14.65 m
L.H: 2.50 m

G0645
UV/AV
F= 8.79 m²
U= 12.21 m
L.H: 3.28 m

L.H. = 2.65

Pb=0.2 mm
Pb=2.3 mm
Pb=0.2 mm
Pb=0.4 mm
Pb=0.3 mm
Pb=0.1 mm

Röntgenmontagedecke!

Ausführungsdetail s. Montage- und Werkstattplanung ausführende Firma

-kein Wasseranschluss!
-Regal zur Lagerung WC-Papier, Einmalhandtücher..
-Reinigungswagen
-Sicherheitsschrank (B=60cm) für brennbare Flüssigkeiten/ Desinfektionsmittel

Strahlenschutzfenster Pb=0.4 mm

BRH= 0.90m

Fenster geändert
Index 21
17.02.2026 - schue

Innster geändert
Index 21
17.02.2026 - schue

1.10.110 Standard Röntgen-Aufnahmesystem -E: NOT, Sonst. -K: WA, RT, RLF -H: Gew., RMD, LAR, DL,

1.10.111 Röntgen-Aufnahmetisch -E: Sonst. -K: WA -H: Gew., FBL, ESA

1.10.112 -E: Sonst. -K: WA -H: Gew., FBL, ESA

1.10.113 ELT-Unterverteilung -E: Sonst. -H: UK-W

1.10.114 Röntgengenerator -E: PA, DS, NOT, Sonst. -K: WA, RT, RLF -H: Gew.

1.10.115 Systembereinheit -E: STD WS, PA, LAN, NOT, EAT, LD, Sonst. -K: WA -H: Sonst.

1.06.405 Lagerschrank -H: 8A

1.07.320 Gonadenschürzenhalter -E: PA -H: UK-W

OKFF = -0.40m
OKRD = -1.06m

F90 F30 T90 RS RS DS 42dB 47dB

Generalsanierung KKB Heppenheim

EG G0641 Röntgen

Datum: 28.05.2026

Maßstab: 1 : 50

HOSPITALTECHNIK
PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH
HOHENZOLLERNSTRASSE 11
47799 KREFELD
TELEFON 02151/9597-0
WWW.HT-HOSPITALTECHNIK.DE